



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**US.C.34.004.A № 48125**

**Срок действия до 13 сентября 2017 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Мультиметры цифровые Fluke 83V и Fluke 87V**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**Фирма Fluke Corporation, США**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **33404-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**МП 33404-12**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **13 сентября 2012 г. № 751**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



**Ф.В.Булыгин**

"28" 09 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 006600



**Срок действия до 17 августа 2022 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **17 августа 2017 г. № 1738**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С. Голубев



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten date: 28 08*

..... 2017 г.