



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

TW.C.34.083.A № 27984

Срок действия до 13 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Измерители сопротивления заземления моделей 1805 ER, 1820 ER, 2105 ER,  
2120 ER, 2705 ER, 2720 ER

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
"Standard Electric Works Co., Ltd" (SEW), Тайвань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 21508-07

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
ГОСТ 8.366-79, ГОСТ 8.118-85, ГОСТ 8.409-81, МИ 1202-86

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2012 г. № 560

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"13" 09 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 006174

Срок действия до 07 июня 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии от 07 июня 2017 г. № 1220

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С.Голубев



"09" 06 ..... 2017 г.