



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

TW.C.34.083.A № 28282

Срок действия до 13 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители сопротивления изоляции моделей 18001IN, 1801IN, 1832IN,  
1851IN, 2732IN, 2751IN, 2801IN, 2803IN, 2804IN, 4153IN, 6200IN, 6201IN, 6210IN,  
6211IN, 6212IN

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Standard Electric Works Co., Ltd" (SEW), Тайвань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 21507-07

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 21507-01

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2012 г. № 560

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В. Булыгин

13.09..... 2012 г.

Серия СИ

№ 006173

Срок действия до 07 июня 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии от 07 июня 2017 г. № 1220

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С. Голубев



..... 2017 г.