



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

GB.C.34.004.A № 49885

Срок действия до 14 февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители сопротивления заземления серии DET

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Megger Limited", Великобритания

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52735-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 52735-13

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 14 февраля 2013 г. № 125

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"57" 03 2013 г.

Серия СИ

№ 008683

Срок действия до 29 декабря 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 29 декабря 2017 г. № 3022

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2018 г.