



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

TW.C.34.010.A № 54016

Срок действия до 05 февраля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Измерители сопротивления изоляции APPA 605, APPA 607

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Фирма "APPA Technology Corporation", Тайвань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 56407-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП-035/551-2013

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 февраля 2014 г. № 85

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
Ф.В. Булдыгин  
13.02.2014 г.

Серия СИ

№ 013888

Срок действия до 19 ноября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2018 г. № 2370

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
А.В. Кулешов  
11.11.2018 г.

