



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.32.004.A № 52747

Срок действия до 21 октября 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители температуры и влажности Fluke модели 971

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Fluke Corporation", США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 55259-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 55259-13

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2013 г. № 1216

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



28 10 2013 г.

Ф.В.Булгагин

Серия СИ

№ 012254

Срок действия до 13 сентября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 13 сентября 2018 г. № 1939

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



А.В.Кулепов
..... 2018 г.