

Срок действия до 12 октября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2018 г. № 2142

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



10 ..... 2018 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 16791

Срок действия до 05 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Ваттметры Ц42303/1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 26296-04

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
ГОСТ 8.497-83

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года при 8-часовой, 1 год при 16-часовой,  
6 месяцев при 24-часовой среднесуточной нагрузке

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии от 05 декабря 2013 г. № 1403

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Ф.В.Бульгин



Серия СИ

№ 012918