

Срок действия до 07 июня 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **07 июня 2018 г. № 1110**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2018 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.33.004.A № 14996

Срок действия до 24 июня 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Частотомеры Ц42304

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **24986-03**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.422-81

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года при 8-часовой, 1 год при 16-часовой,
6 месяцев при 24-часовой среднесуточной нагрузке**

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от **24 июня 2013 г. № 608**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"03" 07 2013 г.

Серия СИ

№ 010282